



бз. 1325а  
27.06.17

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

ул. А.Лукьянова, д. 4, стр. 1, Москва, 105066  
Телефон: (495) 647-60-81, Факс: (495) 645-89-86  
E-mail: [rostehnadzor@gosnadzor.ru](mailto:rostehnadzor@gosnadzor.ru)  
<http://www.gosnadzor.ru>  
ОКПО 00083701, ОГРН 1047796607650  
ИНН/КПП 7709561778/770901001

Президенту Российского союза  
промышленников и предпринимателей  
А.Н. Шохину

Котельническая наб., д.17,  
Москва, 109240

15.06.2017 № 00-01-33/405

На № 767/05 от 15.05.2017

Уважаемый Александр Николаевич!

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору рассмотрела Ваше обращение о возможности внесения изменений в Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденные приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 № 96 (далее – Правила), касающиеся вопросов поверки и калибровки средств измерений, и сообщает.

В соответствии с пунктом 5 статьи 5 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (далее – Закон) федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие нормативно-правовое регулирование в областях деятельности, указанных в пунктах 1 - 5, 7 - 13, 15, 18 части 3 и в части 4 статьи 1 Закона, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений, определяют измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, и устанавливают к ним обязательные метрологические требования, в том числе показатели точности измерений.

Указанные перечни измерений утверждаются приказами федеральных органов исполнительной власти.

Пунктом 5 статьи 5 Закона определение измерений и установление к ним обязательных метрологических требований, которые выполняются при осуществлении производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности (пункт 6 части 3 статьи 1 Закона) к эксплуатации опасного производственного объекта, не предусмотрено.

Вместе с тем, установление таких требований возможно путем внесения в федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности обязательных метрологических требований к средствам измерения, в том числе показателей точности средств измерения, входящих в систему контроля, управления и ПАЗ, подтверждаемых проектной (проектно-конструкторской) документацией.

Исходя из этого, средства измерения, к которым предъявлены такие требования, будут идентифицированы как средства измерения, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, к которым будут предъявляться требования об их обязательной поверке. В иных случаях будет допустимо проведение калибровки.

Ввиду отсутствия таких требований эксплуатирующие организации на основании требований проектной документации могут самостоятельно разработать перечень средств измерений, подлежащих поверке или калибровке.

Позиция по указанному вопросу была согласована на встрече представителей Ростехнадзор и РСПП 23.05.2017 с принятием решения о нецелесообразности внесения изменений в Правила.

*С уважением,*

Врио руководителя

А.В. Трембицкий